



2014001812X

NO. CPST (2014) 172

# 检 验 报 告



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 产 品 名 称 | 茚三酮 DFO 显现柜 LX-YI |
| 送 检 单 位 | 上海良相智能化工程有限公司     |
| 检 验 类 别 | 委 托 检 验           |

公安部刑事技术产品质量监督检验中心



# 公安部刑事技术产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. CPST(2014)172

共 3 页 第 1 页

|                    |   |                  |             |               |     |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------------|-----|
| 产品名称<br>(规格、型号、商标) | 茛三酮 DFO 显现柜 LX-YI   |                  |             |               |     |
| 样品等级               | -----   |                  | 样品数量        | 壹台            |     |
| 到样地点               | 北京  | 送样日              | 2014年11月20日 | 送样者           | 汪佳萍 |
| 送检单位               | 上海良相智能化工程有限公司   |                  | 生产单位        | 上海良相智能化工程有限公司 |     |
| 送检单位<br>通讯资料       | 通讯地址  | 上海市闵行区中青路 4759 号 |             |               |     |
|                    | 邮政编码  | 200000           | 电话          | 13921138191   |     |
| 检验依据               | GA722-2007 《茛三酮/DFO 手印显现柜》  |                  |             |               |     |
| 检验类别               | 委托检验  |                  | 检验项目        | 温度控制等 8 项     |     |
| 检<br>验<br>结<br>论   | <p style="text-align: center;">经对上海良相智能化工程有限公司送检的茛三酮 DFO 显现柜 LX-YI 进行检测，其温度控制、湿度控制等 8 项结果符合 GA722-2007 的相关要求，详见下页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2014年11月30日</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> |                  |             |               |     |
| 备<br>注             | <p>1、本报告一式贰份，壹份留存本质检中心，壹份交委托单位。</p> <p>2、复制本报告未重新加盖“检验专用章”无效。</p> <p>3、委托检验，仅对来样负责。</p>   |                  |             |               |     |

批准：廖才殊

审核：马经强


编制：杨立



公安部刑事技术产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

NO. CPST(2014)172

共 3 页 第 3 页



## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内，  
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址：北京市西城区木樨地南里 17 号      邮政编码：100038  
电 话：(010) 63437336                      传 真：(010) 63460301