

NO. CPST(2016)162



2014001812X

检 验 报 告

产 品 名 称 多用途渗透性痕迹物证熏显柜

送 检 单 位 上海申剑电子科技有限公司

检 验 类 别 委 托 检 验

公 安 部 刑 事 技 术 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心



公安部刑事技术产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. CPST (2016) 162

共 3 页

第 1 页

产品名称 (规格、型号、商标)		多用途渗透性痕迹物证熏显柜 YDHJX200 型			
样品等级	-----			样品数量	壹套
到样地点	北 京	送样日期	2016 年 7 月 19 日		送样者 吴刚
送检单位	上海申剑电子科技有限公司			生产单位	上海申剑电子科技有限公司
送检单位 通讯资料	通讯地址	上海市闵行区黄桦路 85 弄 35 号底楼			
	邮政编码	201103	电话	13361902550	
检验依据	GA 722-2007 Q/B SJ006-2011				
检验类别	委托检验			检验项目	外观、功能等 6 项
检 验 结 论	经对上海申剑电子科技有限公司送检的多用途渗透性痕迹物证熏显柜 YDHJX200 样品进行检测，所检项目的检验结果符合 GA 722-2007、Q/B SJ006-2011 中的相关要求，详见下页。  签发日期：2016 年 8 月 2 日				
备 注	1、本报告一式贰份，壹份留存本质检中心，壹份交委托单位。 2、复制本报告未重新加盖“检验专用章”无效。 3、本报告有效期为两年。				

批准：廖才秋

审核：仲利静

编制：李 强

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

CPST (2016) 162

共 3 页

第 3 页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	结论
5	显示方式		各项功能均可在触摸显示屏显示	液晶触摸屏显示及操作	合格
6	电气安全性	绝缘电阻	湿热条件下, $\geq 10M\Omega$	$>10M\Omega$	合格
		抗电强度	50Hz,1min 无击穿和飞弧	符合	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

以下空白

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内，
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址：北京市西城区木樨地南里 17 号 邮政编码：100038

电 话：(010)63437336 传 真：(010)63460441

公安部刑事技术产品质量监督检验中心