



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 721.5—2007

---

## 显现潜在手印试剂 第5部分：1,2-茛二酮(IDO)

Reagents of development latent fingerprints—  
Part 5: 1,2-indanedione

2007-11-07 发布

2008-03-01 实施

---

## 前 言

本部分的全部技术内容为强制性。

GA 721《显现潜在手印试剂》分为若干个部分：

- 第 1 部分：水合茚三酮；
- 第 2 部分：3,3',5,5'-四甲基联苯胺；
- 第 3 部分：1,8-二氮芴-9-酮(DFO)；
- 第 4 部分：7-苄胺基-4-硝基苯并呋咱(BBD)；
- 第 5 部分：1,2-茚二酮(IDO)；

.....

根据试剂研发情况,将陆续增加标准。

本部分为 GA 721 的第 5 部分。

本部分由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)提出并归口。

本部分起草单位:公安部物证鉴定中心。

本部分主要起草人:霍军。

## 显现潜在手印试剂

### 第5部分:1,2-茛二酮(IDO)

#### 1 范围

GA 721 的本部分规定了1,2-茛二酮(IDO)的纯度,测定其纯度的方法,以及1,2-茛二酮(IDO)的包装、标志、运输和贮存。

本部分适用于显现潜在手印试剂1,2-茛二酮的生产和检测。

#### 2 性状

黄色粉末,溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等。熔点(MP):92℃~95℃。分子式: $C_9H_6O_2$ 。分子量:146。

#### 3 技术要求

##### 3.1 纯度

纯度:≥95%。

##### 3.2 测定方法

###### 3.2.1 样品制备

将10 mg 1,2-茛二酮(IDO)溶于100 mL 无水乙醇中,取样进行GC/MS测试。

###### 3.2.2 色谱条件

- 色谱柱:J&W-DB5MS 石英毛细管柱(30 m×0.25 μm×0.25 mm);
- 进样口温度:280℃;
- 离子源温度:230℃;
- 柱温:80℃以15℃/min升温至280℃(保持5 min);
- 进样方式:分馏;
- 柱流量:1 mL/min;
- 扫描范围:40 amu~350 amu。

#### 4 包装及标志

##### 4.1 包装

玻璃瓶或塑料瓶装。

##### 4.2 标志

标明产品的名称、质量、生产单位、生产日期、纯度、产品标准编号。

#### 5 运输和贮存

允许在常温下运输和贮存,低温密封贮存更好。运输时,应保证玻璃瓶不会破损。

---